

**pH venös (ABL)**

Stand: 20.03.2023

---

**Methode**

Potentiometrie - pH-Wert, ABL

---

**Material**

Blutgasmonovette (Heparinblut)

---

**Akkreditierung**

Ja. Der Parameter ist nach DIN EN ISO 15189 akkreditiert.

---

**Bearbeitung**

täglich (24/7)